

**Bureta con pistón accionada por motor Titronic[®] 300****SI Analytics****Bureta con pistón accionada por motor Titronic[®] 300**

Bureta con pistón accionada por motor con unidad dosificadora de 20 o 50 ml. Para el análisis manual y tareas de dosificación muy precisas. La Titronic[®] 300 puede ser controlada por completo mediante un PC a través de la interfaz USB o RS-232. Se pueden conectar hasta 16 buretas una a otra por medio de la interfaz RS232 según el principio de la cadena o conexión en serie.

T 300/20 M1: Unidad básica sin agitador magnético con unidad de dosificación de 20 ml lista para el uso y montada TZ 3130 con mangueras, tuberías y punta de análisis, controlador TZ 3880, pinza de titulación Z 305, varilla soporte TZ 1748 y potencial de alimentación 100-240 V

T 300/50 M1: como T 300/20 M1, solamente con la unidad dosificadora de 50 ml lista para el uso y montada TZ 3160

T 300/20 M2: como T 300/20 M1, y además con agitador magnético TM 50

T 300/50 M2: como T 300/20 M2, solamente con la unidad dosificadora de 50 ml lista para el uso y montada TZ 3160

Especificaciones

Interfaces: USB A y B, 2x RS 232

Conexión para agitador: Suministro de potencia TM 50 directamente a través de la bureta de pistón

Conexión para teclado: La unidad se pone en funcionamiento usando las teclas del propio aparato, el controlador TZ 3880 y el teclado opcional del PC (USB)

Pantalla:

Volumen: pantalla TFT gráfica

000,005 a 9999,999 ml

Resolución de pantalla: 0,005

Velocidad de dosificación: máximo 100 ml/min (con unidad de 50 ml)

Tiempo de llenado: regulable de 30 a 999 s (en función del volumen del cilindro)

Unidades de dosificación: Unidad de dosificación de 20 o 50 ml, intercambiables

Resolución de la bureta: 8000



**Precisión de dosificación: 0,15% de desviación de medición del sistema,
0,05% de desviación de medición accidental determinada de acuerdo con
EN ISO 8665, Parte 3**

Requisitos de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Conformidad: ISO 8665, parte 6

Marcado CE: EMC:2004/108/EG; Directriz EG de seguridad 2006/95

Code	Description	Packaging
LLG09863180	Flask burette Titronic® T 300/20 M1 bas	1 pz.
LLG09863181	Flask burette Titronic® T 300/50 M1 bas	1 pz.
LLG09863182	Flask burette Titronic® T 300/20 M2 bas	1 pz.
LLG09863183	Flask burette Titronic® T 300/50 M1 bas	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

