



Pipetas aforadas, vidrio sodocálcico, clase AS, 2 aforos, graduación en ámbar

Hirschmann

### Pipetas aforadas, vidrio sodocálcico, clase AS, 2 aforos, graduación en ámbar

Calibradas en EX (TD). Volumen entre dos aforos (entrega parcial). Con identificación de lote fechada. Declaración de conformidad según DIN 12600.

Marca de volumen, marca de anillo y graduación en color ámbar duradero, según DIN EN ISO 648.

Para estos productos, se pueden generar e imprimir informes de calibración de lotes, que son gratuitos, en [www.hirschmannlab.com](http://www.hirschmannlab.com). Se pueden obtener informes de calibración individuales adicionales o certificados DAkkS (antiguos informes de calibración DKD).



Code	Description	Packaging
LLG06056820	Volumetric pipette, AS, 2 marks, 3ml	1 pz.
LLG06071748	Volumetric pipettes, AS, 2 marks, 10 ml	1 pz.
LLG06225909	Volumetric pipette 15 ml, class AS, 2 m	1 pz.
LLG06800124	Volumetric pipette 100 ml, class AS, 2	1 pz.
LLG06801018	Volumetric pipette 0.5 ml, class AS, 2	1 pz.
LLG06801019	Volumetric pipette 1 ml, class AS, 2 ma	1 pz.
LLG06801020	Volumetric pipette 2 ml, class AS, 2 ma	1 pz.
LLG06801021	Volumetric pipette 5 ml, class AS, 2 ma	1 pz.
LLG06801022	Volumetric pipette 20 ml, class AS, 2 m	1 pz.
LLG06801023	Volumetric pipette 25 ml, class AS, 2 m	1 pz.
LLG06801024	Volumetric pipette 50 ml, class AS, 2 m	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

