

**Buretas automáticas según Pellet, con llave de paso, clase AS, DURAN®**

Llave de vidrio lateral y llave intermedia. Longitud de la escala aprox. 500 mm. Graduación anular de punto principal. Franja de Schellbach. Con identificación de lote fechada. Declaración de conformidad según DIN 12600. Graduación en esmalte azul de alto contraste, según DIN EN ISO 385. Incluye una botella de vidrio transparente de 2 l.

Para estos productos, se pueden generar e imprimir informes de calibración de lotes, que son gratuitos, en [www.hirschmannlab.com](http://www.hirschmannlab.com). Se pueden obtener informes de calibración individuales adicionales o certificados DAkkS (antiguos informes de calibración DKD).





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

