

**Estándares de conductividad**

Estándares de conductividad testados y certificados por la ISO 17025 a 25 °C. Incertidumbre de medición de $\pm 1\%$. Directamente trazables al NIST. Los datos de dependencia de la temperatura están impresos en la etiqueta, así como los números de lote y las fechas de caducidad. Se suministran en frasco de 500 ml de HDPE. 1,3 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en frasco de 250 ml. Valores de calibración 84, 147, 1413, 12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Valores de control 1,3 - 350000 $\mu\text{S}/\text{cm}$.



Code	Description	Packaging
LLG06074754	Conductivity Solutions, 50 μ S/cm, 500 ml	1 pz.
LLG06205412	Conductivity Solutions, 5000 μ S/cm, 500ml	1 pz.
LLG06205413	Conductivity Solutions 100000 μ S/cm 500ml	1 pz.
LLG06205415	Conductivity Solutions, 500 μ S/cm 500 ml	1 pz.
LLG06210129	Conductiivty Standard 50,000Microsiemen	1 pz.
LLG06225059	Conductivity solution1.3 μ S/cm 250ml	1 pz.
LLG06234859	Conductivity solution 100 μ S/cm500 ml	1 pz.
LLG06802901	Conductiivty Standard 20Microsiemens/cm	1 pz.
LLG06802902	Conductiivty Standard 200Microsiemens/c	1 pz.
LLG06901622	Conductiivty Standard 10Microsiemens/cm	1 pz.
LLG06901629	Conductiivty Standard 5Microsiemens/cm	1 pz.
LLG06901670	Conductiivty Standard 1,000 MMicrosieme	1 pz.
LLG06901671	Conductiivty Standard 10,000Microsiemen	1 pz.
LLG09040904	Conductivity solution84 μ S/cm, 500 ml	1 pz.
LLG09040905	Conductivity solution147 μ S/cm, 500ml	1 pz.
LLG09040906	Conductivity solution1413 μ s/cm, 500ml	1 pz.
LLG09040907	Conductivity solution12880 μ S/cm 500ml	1 pz.
LLG09040987	Conductivity standard 350000 μ S/cm 500	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

