

**Estación de valoración manual HTI 1 behrotest[®]****Behr****Estación de valoración manual HTI 1 behrotest[®]**

La estación de valoración manual HTI 1 consta de

-una bureta con indicador digital y

-un agitador magnético con soporte que se adapta exactamente a los recipientes de reacción CSB

Una pantalla de visión sirve como fondo neutro y permite al usuario constatar exactamente el viraje de color al final de la valoración. Realiza sus valoraciones siempre bajo las mismas condiciones ópticas. Por ello mejora la exactitud y la reproducibilidad de los resultados.

La posición exacta del recipiente de reacción es sobre el lado superior del agitador magnético.

Las alas dobladas de la pantalla protegen además de la luz lateral. CSB conforme a DIN/DEV 38409

Especificaciones

Voltaje: 230 VAC / 115 VAC

Frecuencia: 50/60 Hz

Peso: aprox. 3,5 kg

Dimensiones en mm (An x L x Alt): aprox. 330 x 200 x 600



Code	Description	Packaging
LLG09920730	Hand-titration station HTI 1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

