



Carlo Erba Reagents S.A.S.
Parc d'Affaires des Portes
Chaussée du Vexin - BP 616
27106 Val de Reuil Cedex
Tél. : 02.32.09.20.00
Fax 02.32.09.20.20

Z.I DE VALDONNE - BP 4
13124 PEYPIN
Tél. : 04.42.32.41.41
Fax 04.42.72.41.62

Carlo Erba Reagents S.r.l.
Via R. Merendi, 22
20010 Cornaredo (Mi)
Tel. 02 93 991 90 Fax 02 93 991 001

ISO 9001: 2015

Technical Specification

PRODUCT : BORIC ACID INDICATOR

CODE : PS0562

| TEST | U.M. | SPECIFICATION |
|------|------|---------------|
|------|------|---------------|

Composition pour 1 L :

- 20 g d'acide borique cas [10043-35-3]
- 10 ml de rouge de méthyle à 0.5 g/L dans l'eau
- 2 ml de bleu de méthylène à 1.5 g/L dans l'eau
- compléter à 1 L avec de l'eau déminéralisée

It is under the customer responsibility to make sure the purchased product is suitable for his use and/or application.
CARLO ERBA Reagents would not be guilty of any misuse or mishandling of any of its products, occurring potential damages or user hurts in case of in

Date : 07/10/2025

QUALITY CONTROL RESPONSIBLE
J. RICHARD (VDR)