

**Butyromètre à crème glacée Koehler****Gerber****Butyromètre à crème glacée Koehler**

Méthode de mesure volumétrique pour 5 ml de crème glacée, ampoule fermée avec écusson dépoli, col lisse, sans bouchon



Code	Description	Packaging
LLG06266489	Butyromètre à crème glacée Koehler, Matière grasse 0 - 15 %, Graduation 0,2	1 pz.
LLG06234868	Butyromètre à crème glacée Koehler, Matière grasse 0 - 20 %, Graduation 0,2	1 pz.
LLG06264747	Butyromètre à crème glacée Koehler, Matière grasse 0 - 25 %, Graduation 0,2	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

