



**Camera di conta secondo Howard**

Paul Marienfeld GmbH & Co. KG

**Camera di conta secondo Howard**

Per analisi di succhi di frutta.

- Con 2 linee di conta, una linea largh. da 1,5 a 2  $\mu\text{m}$  alla distanza di 1402  $\mu\text{m}$
- Diametro interno anello circa 18 mm, diam. esterno 22 mm

**Attenzione! ordinare i coprivetrini separatamente.**



Code	Description	Packaging
LLG06280032	Camera di conta secondo Howard, prof. 0,1 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

