



Detergente disinfettante per dispositivi medici Anios Clean Excel D, 5 litri, UN 3082, III, 9

Hersteller unbekannt

Detergente disinfettante per dispositivi medici Anios Clean Excel D.

- Principio attivo brevettato;
- Combinazione farmacologica sinergica di QAV e clorexidina digluconato;
- Cloruro di didecildimetilammonio, clorexidina digluconato, tensioattivi non ionici, profumi, coloranti, eccipienti;
- Non corrosivo, compatibile con un'ampia gamma di materiali;
- Adatto per l'uso in bagni ad ultrasuoni;
- Soluzione limpida e blu;
- Valore pH del prodotto concentrato: min 6,5 - max 7,5;
- Valore pH al 0,5% nell'acqua del rubinetto: 7,4;
- pH a 0,5% in acqua dolce: 7,6;
- pH a 0,5% in acqua demineralizzata: 6,6;
- Stoccaggio tra + 5°C e + 25°C;
- Pulizia e disinfezione di dispositivi medici, quali: strumenti chirurgici e medici, materiali termolabili come endoscopi prima della sterilizzazione.

Osservare le precauzioni d'uso (preparate in conformità con le normative europee applicabili per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici).



Code	Description	Packaging
LLG06523100	Detergente disinfettante per dispositivi medici Anios Clean Excel D, 5 litri, UN 3082, III, 9	5 l



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

