



Lettore automatico Attest 390, per valutazione sterilizzazione in autoclave

3M

Il lettore automatico 3M™ Attest™ 390 è progettato per essere utilizzato con gli indicatori biologici a lettura rapida 3M™ Attest™ per la valutazione dell'efficacia del processo di sterilizzazione a vapore.

È incluso un cavo ethernet che consente di connettersi con l'applicazione Web 3M per ottenere risultati BI in tempo reale o integrare rapidamente i dati nel sistema di tracciamento.



Code	Description	Packaging
LLG07911107	Lettore automatico Attest 390, per valutazione sterilizzazione in autoclave	1pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

