



**Pacchetto VACUU-SELECT per il controllo fine del vuoto con sensore Pirani per KF DN 25, con valvola di controllo del vuoto**

**Vacuubrand**

Pacchetto VACUU-SELECT per il controllo fine del vuoto con sensore Pirani per KF DN 25, con valvola di controllo del vuoto.

Pacchetto completo per il controllo del vuoto. Controllo continuo nel range da 5 mbar al vuoto finale (10<sup>-3</sup> mbar).

Interfaccia utente di tipo grafico per semplificare l'usabilità.

Applicazioni predefinite per risultati veloci e riproducibili.

Il manometro tipo Pirani garantisce maggiore resistenza chimica e robustezza meccanica.



Code	Description	Packaging
LLG09880868	Pacchetto VACUU-SELECT per il controllo fine del vuoto con sensore Pirani per KF DN 25, con valvola di controllo del vuoto	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

