

**Pipetta scolamento totale valore 0 in alto, classe AS****BRAND**

Pipetta graduata classe AS - tipo 3 - a scolamento totale - valore 0 in alto - graduata fino alla punta - in vetro AR-GLAS - conforme alla DIN ISO 835 - graduazioni e iscrizioni di colore blu - calibrata per scolamento parziale (Ex) - per alcune capacità l'estremità superiore è adatta per l'inserimento del tampone di cotone - certificato del lotto incluso.



Code	Description	Packaging
LLG04688039	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 1 mL - div. 0,01 mL	12 pz
LLG04688040	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 2 mL - div. 0,1 mL	12 pz
LLG04689190	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 0,5 mL - div. 0,01 mL	12 pz
LLG04689191	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 1 mL - div. 0,1 mL	12 pz
LLG04689192	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 2 mL - div. 0,01 mL	12 pz
LLG04689193	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 2 mL - div. 0,02 mL	12 pz
LLG04689196	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 20 mL - div. 0,1 mL - x cotone	6 pz
LLG04689197	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 25 mL - div. 0,1 mL - x cotone	6 pz
LLG04689198	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 50 mL - div. 0,5	6 pz
LLG04689199	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 1 mL - div. 0,01 mL - x cotone	12 pz
LLG04689200	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 2 mL - div. 0,02 mL - x cotone	12 pz
LLG04689201	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 5 mL - div. 0,05 mL - x cotone	12 pz
LLG04689202	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 5 mL - div. 0,1 mL - x cotone	12 pz
LLG04689203	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 10 mL - div. 0,1 mL - x cotone	12 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

