



Pipetta scolamento totale valore nominale in alto USP, classe AS

BRAND

Pipetta graduata in vetro AR-GLAS - in accordo a DIN EN ISO 835 - tipo 2 - scolamento totale - Blaubrand - classe AS - calibrata per scolamento (Ex) - conformità certificata - certificato di lotto USP incluso.



Code	Description	Packaging
LLG04688038	pipetta classe AS - USP - 10 mL - div. 0,1 mL	12 pz
LLG04689282	pipetta classe AS - USP - 1 mL - div. 0,01 mL	12 pz
LLG04689283	pipetta classe AS - USP - 2 mL - div. 0,02 mL	12 pz
LLG04689284	pipetta classe AS - USP - 5 mL - div. 0,05 mL	12 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

