## Pipette graduate, vetro soda, classe AS, tipo 3 LLG Labware

Pipette graduate, vetro soda, classe AS, tipo 3.

- DIN EN ISO 835, DIN 12699
- Conformità certificata
- Con identificazione datata del lotto
- Calibrate per scolamento (EX)
- Anello di marcatura e graduazioni in smalto blu permanente

| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| LLG06272200 | Pipette graduate, AS, tipo 3, 1ml, grad. 0.01ml, toll. 0.007 ±ml, L. 360mm | 10 pz |
| LLG06272201 | Pipette graduate, AS, tipo 3, 2ml, grad. 0.02ml, toll. 0.01 ±ml, L. 360mm | 10 pz |
| LLG06272202 | Pipette graduate, AS, tipo 3, 5ml, grad. 0.05ml, toll. 0.03 ±ml, L. 360mm | 10 pz |
| LLG06272203 | Pipette graduate, AS, tipo 3, 10ml, grad. 0.1ml, toll. 0.05 ±ml, L. 360mm | 10 pz |
| LLG06272204 | Pipette graduate, AS, tipo 3, 20ml, grad. 0.1ml, toll. 0.1 ±ml, L. 450mm | 10 pz |
| LLG06272205 | Pipette graduate, AS, tipo 3, 25ml, grad. 0.1ml, toll. 0.1 ±ml, L. 450mm | 10 pz |
| LLG06272206 | Pipette graduate, AS, tipo 3, 50ml, grad. 0.1ml, toll. 0.2 ±ml, L. 720mm | 10 pz |

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

*CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System*