



Dispensatori per bottiglia LLG-uniTOPDISPENS 2 Duo

LLG Labware

Dispensatori per bottiglia LLG-uniTOPDISPENS 2 Duo

Il dispensatore LLG-uniTOPDISPENS 2 Duo consente 4 modalità di erogazione con un solo distributore: Diluizione, risciacquo, trattamento liquido e ri-circolazione in un'unica unità. Tutte queste caratteristiche sottolineano la facilità d'uso e la versatilità di questo dispensatore per bottiglie di nuova generazione.

- Riempimento e risciacquo senza bisogno di smontare
- 4 modalità di erogazione: Diluizione, risciacquo, Liquid Handling doppio e Ri-circolo in una singola unità
- La valvola e il pistone in PTFE, a tenuta stagna, con O-ring resistente ai materiali chimici, consentono un'elevata compatibilità chimica
- Cilindro in vetro da vetro borosilicato 3.3
- Dispensazione liscia, riproducibile e senza sforzo
- Rotazione a 360° possibile grazie ad un adattatore per bottiglie appositamente progettato
- L'ugello flessibile e regolabile fornisce all'utilizzatore la flessibilità dell'angolo di erogazione
- Manopola di regolazione del volume appositamente progettata per una regolazione rapida e facile del volume
- Il tubo estraibile telescopico di aspirazione può essere facilmente regolato per bottiglie di diversa altezza**
- Il tappo dell'ugello riduce il contatto con l'aria e impedisce l'essiccazione e la gocciolatura, se il tappino per la punta è collegato
- Sono inclusi cinque adattatori per bottiglie (28 mm, 32 mm, 37 mm, 40 mm e 45 mm); Filetto: 30 mm
- Completamente autoclavabili a 121 °C, 15 psi per 10-15 minuti
- Individualmente calibrati secondo le norme ISO 8655 e ogni unità viene fornita con un certificato di calibrazione individuale
- 3 anni di garanzia

La consegna include: dispensatori per bottiglie, 1 adattatore per bottiglia da 28 mm, 32 mm, 37 mm, 40 mm, 40 mm, 45 mm ciascuno





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

