Viscosimetri Ubbelohde, in vetro, cinematici — SI Analytics

Viscosimetri Ubbelohde, in vetro, cinematici. ISO 3105, DIN 51562, NF T60-107. Per misurazioni manuali (tipo 501 ..) o automatiche (tipo 532...). La costante viene documentata nel certificato del produttore.



Code	Description	Packaging
LLG09268100	Viscosimetro Ubbelohde, capillare 0, Øint.0,36 mm, 0,001 K, 0,2-1 mm2/s	1 pz
LLG09268101	Viscosimetro Ubbelohde, capillare 0a, Øint. 0,53 mm, 0,005 K, 0,8-5 mm2/s	1 pz
LLG09268103	Viscosimetri Ubbelohde, vetro, tipo 501 03, 0,5 ... 3 mm²/s, costante 0,003, capillari 0c, Ø interno 0,47 mm, lunghezza 290 mm, 15 ... 20 ml, Standard ISO 3105, DIN 51562, misurazione manuale	1 pz
LLG09268110	Viscosimetro Ubbelohde, capillare I, Øint. 0,63 mm, 0,01 K, 1,2-10 mm2/s	1 pz
LLG09268111	Viscosimetro Ubbelohde, capillare Ia, Øint. 0,95 mm, 0,05 K, 5-50 mm2/s	1 pz
LLG09268113	Viscosimetro Ubbelohde, capillare Ic, Øint. 0,84 mm, 0,03 K, 3-30 mm2/s	1 pz
LLG09268120	Viscosimetro Ubbelohde, capillare II, Øint. 1,13 mm, 0,1 K, 10-100 mm2/s	1 pz
LLG09268121	Viscosimetro Ubbelohde, capillare IIa, Øint. 1,69 mm, 0,5 K, 50-500 mm2/s	1 pz
LLG09268123	Viscosimetro Ubbelohde, capillare IIc, Øint. 1,50 mm, 0,3 K, 30-300 mm2/s	1 pz
LLG09268130	Viscosimetro Ubbelohde, capillare III, Øint. 2,01 mm, 1 K, 100-1000 mm2/s	1 pz
LLG09268131	Viscosimetro Ubbelohde, capillare IIIa, Øint. 3,00 mm, 5 K, 500-5000 mm2/s	1 pz
LLG09268133	Viscosimetro Ubbelohde, capillare IIIc, Øint. 2,65 mm, 3 K, 300-3000 mm2/s	1 pz
LLG09268140	Viscosimetro Ubbelohde, capillare IV, Øint. 3,60 mm, 10 K, 1000-10000 mm2/s	1 pz
LLG09268210	Viscosimetro Ubbelohde, capillare I, Øint. 0,63 mm, 0,01 K, 1,2-10 mm2/s	1 pz
LLG09268213	Viscosimetro Ubbelohde, capillare Ic, Øint. 0,84 mm, 0,03 K, 3-30 mm2/s	1 pz
LLG09268220	Viscosimetro Ubbelohde, capillare II, Øint. 1,13 mm, 0,1 K, 10-100 mm2/s	1 pz
LLG09268223	Viscosimetro Ubbelohde, capillare IIc, Øint. 1.50 mm, 0,3 K, 30-300 mm2/s	1 pz
LLG09268230	Viscosimetro Ubbelohde, Tipo 532 30, Øint.capillari 2,01 mm, 100-1000 mm2/s	1 pz
LLG09268233	Viscosimetro Ubbelohde, capillare IIIc, Øint. 3,6mm, 10 K, 1000-10000 mm2/s	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System