Viscosimetri Ubbelohde — SI Analytics

Viscosimetri Ubbelohde. ISO/DIS 3105. DIN 51562. BS 188, NF T 60 - 100.Senza documentazione della costante.Per misurazioni relative manuali o automatiche.



Code	Description	Packaging
LLG09268301	Viscosimetro Ubbelohde, tipo 53001, capillare 0a, costante 0,005 K	1 pz
LLG09268303	Viscosimetro Ubbelohde, tipo 53003, capillare 0c, costante 0,003 K	1 pz
LLG09268310	Viscosimetro Ubbelohde, tipo 53010, capillare I, costante 0,01 K	1 pz
LLG09268313	Viscosimetro Ubbelohde, tipo 53013, capillare Ic, costante 0,03 K	1 pz
LLG09268320	Viscosimetro Ubbelohde, tipo 53020, capillare II, costante 0,1 K	1 pz
LLG09268323	Viscosimetro Ubbelohde, tipo 53023, capillare IIc, costante 0,3 K	1 pz
LLG09268330	Viscosimetro Ubbelohde, tipo 53030, capillare III, costante 1 K	1 pz
LLG09268333	Viscosimetro Ubbelohde, tipo 53033, capillare IIIc, costante 3 K	1 pz
LLG09268340	Viscosimetro Ubbelohde, tipo 53040, capillare IV, costante 10 K	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System