Tubi di campionamento Dräger

Dräger Safety

Tubi di campionamento Dräger Usando i tubi in carbone attivo o in gel di silice Dräger si raccolgono le sostanze pericolose presenti nell'aria, per adsorbimento o chemiadsorbimento, tramite un mezzo adatto. Il campione viene poi analizzato in laboratorio tramite vari metodi analitici, come gascromatografia (GC), cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC), fotometria UV-VIS o spettroscopia IR.

Code	Description	Packaging
LLG06050155	Campionatore diffusione ORSA 5	5 pz
LLG06070187	Set campionamento Isocianato con analysis	1 pz
LLG06080611	Campionatore diffusione ORSA 25	25 pz
LLG07616384	Tubo in carbone attivo, Tipo G 50	50 pz
LLG09620414	Tubi in carbone attivo, tipo BiA	10 pz
LLG09620415	Tubo in carbone attivo, tipo G	10 pz
LLG09620416	Tubo in carbone attivo, tipo B/G	10 pz
LLG09620417	Tubo in gel di silce, tipo BiA	10 pz
LLG09620418	Tubo in gel di silice, tipo G	10 pz
LLG09620419	Tubo in gel di silice, tipo B/G	10 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System