## Standard torbidità

Reagecon Diagnostics

Standard torbidità altamente accurati, composti da microsfere in sospensione, adatti per calibrazione strumenti e controllo di tutti i turbidimetri. Stabili, durata di 2 anni (dalla data di produzione). Tracciabili NIST, approvati US EPA e testati in conformità con ISO 7027. Bottiglie in HDPE da 100 ml.
Due range disponibili:

- **Range ratio** per strumenti di misurazione ratio torbidità (misura della luce diffusa dal campione con un angolo di 90° rispetto alla luce incidente, oltre ad angoli aggiuntivi (diversi rilevatori)
- **Non ratio** per strumenti di misurazione non ratio torbidità, che misureranno la luce diffusa dal campione con un angolo di 90° rispetto alla luce incidente (un rilevatore)

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| LLG04012057 | Standard Turbidità, Ratio 0.0 NTU, Volume 100 ml | 1 pz |
| LLG04012076 | Standard torbidità, ratio 100 NTU, volume 100 ml | 100 ml |
| LLG04012096 | Standard turbidità Non Ratio, concentrazione 200 NTU, contenuto bottiglia in HDPE da 100 ml | 1 pz |
| LLG04012099 | Standard turbidità Non Ratio, concentrazione 800 NTU, contenuto bottiglia in HDPE da 100 ml | 1 pz |
| LLG04012101 | Standard torbidità 1000 NTU non-ratio | 1 pz |
| LLG04012103 | Standard torbidità  4000 NTU non-ratio | 1 pz |
| LLG04695479 | Standard torbidità 90 NTU non-ratio | 1 pz |
| LLG06075473 | Standard turbidità Non Ratio, concentrazione 0,1 NTU, contenuto bottiglia in HDPE da 100 ml | 1 pz |
| LLG06075474 | Standard torbidità 10.0 NTU non-ratio, con certificato | 1 pz |
| LLG06075475 | Standard torbidità 100.0 NTU non-ratio, con certificato | 1 pz |
| LLG06075476 | Standard torbidità  0.2 NTU non-ratio | 1 pz |
| LLG06231413 | Standard torbidità 5.0 NTU non-ratio, con certificato | 1 pz |
| LLG06231930 | Standard torbidità 1.0 NTU non-ratio, con certificato | 1 pz |
| LLG06233012 | Standard Turbidità, Ratio 0.1 NTU, Volume 100 ml | 1 pz |
| LLG06233816 | Standard torbidità 50.0 NTU non-ratio, con certificato | 1 pz |
| LLG06233817 | Standard torbidità 500.0 NTU non-ratio, con certificato | 1 pz |
| LLG06233961 | Standard turbidità Non Ratio, contenuto bottiglia in HDPE da 100 ml | 1 pz |
| LLG06233962 | Standard Turbidità, Non Ratio 20 NTU, Volume 100 ml | 1 pz |
| LLG06235607 | Standard torbidità 2 NTU non-ratio | 1 pz |
| LLG06286185 | Standard Turbidità, Ratio 15 NTU, Volume 100 ml | 1 pz |

| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| LLG06322425 | Standard torbidità  0.02 NTU non-ratio | 1 pz |

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

*CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System*