



Coni di sedimentazione Imhoff, in vetro borosilicato 3.3 Prodotti n conformità con i test di sedimentazione secondo standard DIN 12672. Con graduazione di volume a 1000 ml. Le graduazioni e iscrizioni di volume sono stampate con smalto bianco.

Graduazioni/suddivisioni, ml:

- da 0 a 2/0.1
- da 2 a 10/0.5
- da 10 a 40/1.0
- da 40 a 100/2.0
- da 100 a 1000/50.0



Code	Description	Packaging
LLG06286841	Coni di sedimentazione Imhoff, vetro borosilicato 3.3, senza rubinetto	1 pz
LLG06286842	Coni di sedimentazione Imhoff, vetro borosilicato 3.3, con rubinetto	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

