



Matracci per verifica, calibrati DAkkS, vetro borosilicato 3.3, classe A, con 3 segni di calibrazione, graduazioni blu

BRAND

Matracci per verifica, calibrati DAkkS, vetro borosilicato 3.3, classe A, con 3 segni di calibrazione, graduazioni blu

BLAUBRAND®, DIN EN ISO 1042. Calibrati a contenere (TC, IN). Certificato DAkkS (ex DKD) incluso. Il matraccio tarato con 3 segni di marcatura è utilizzato per controllare il funzionamento di un dispensatore. Il marchio intermedio indica il volume nominale, quelli superiore e inferiore indicano i limiti di errore, come indicato in tabella. Se il limite di errore viene superato, anche con misurazioni ripetute, il dispensatore è difettoso. Il matraccio tarato DAkkS-calibrato non sostituisce il test gravimetrico di monitoraggio degli strumenti di misura secondo la norma ISO 8655.



Code	Description	Packaging
LLG09276010	Matraci per verifica, calibrati DAkkS, vetro borosilicato 3.3, classe A, con 3 segni di calibrazione, graduazioni blu, Per volume 10 ml, marchio sup./inf. $\pm 0,070$ ml, Dimensione del giunto smerigliato NS10/19	1 pz
LLG09276011	Matraci per verifica, calibrati DAkkS, vetro borosilicato 3.3, classe A, con 3 segni di calibrazione, graduazioni blu, Per volume 25 ml, marchio sup./inf. $\pm 0,175$ ml, Dimensione del giunto smerigliato NS10/19	1 pz
LLG09276012	Matraci per verifica, calibrati DAkkS, vetro borosilicato 3.3, classe A, con 3 segni di calibrazione, graduazioni blu, Per volume 50 ml, marchio sup./inf. $\pm 0,35$ ml, Dimensione del giunto smerigliato NS12/21	1 pz
LLG09276013	Matraci per verifica, calibrati DAkkS, vetro borosilicato 3.3, classe A, con 3 segni di calibrazione, graduazioni blu, Per volume 100 ml, marchio sup./inf. $\pm 0,70$ ml, Dimensione del giunto smerigliato NS14/23	1 pz