Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A — LLG Labware

Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A**.** Forma alta.
Conformità certificata con ID lotto.

- DIN EN ISO 4788.
- Con base esagonale e becco.
- Graduazione blu.

Code	Description	Packaging
LLG04686202	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, Volume nominale 5 ml, Grad. 0,1 ml, Tolleranza ±0.05 ml	2 pz
LLG04686203	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, Volume nominale 10 ml, Grad. 0,2 ml, Tolleranza ±0.10 ml	2 pz
LLG04686204	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, Volume nominale 25 ml, Grad. 0,5 ml, Tolleranza ±0.25 ml	2 pz
LLG04686205	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, Volume nominale 50 ml, Grad. 1,0 ml, Tolleranza ±0.50 ml	2 pz
LLG04686206	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, Volume nominale 100 ml, Grad. 1,0 ml, Tolleranza ±0.50 ml	2 pz
LLG04686207	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, Volume nominale 250 ml, Grad. 2,0 ml, Tolleranza ±1.00 ml	2 pz
LLG04686208	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, Volume nominale 500 ml, Grad. 5,0 ml, Tolleranza ±2.50 ml	2 pz
LLG04686209	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, Volume nominale 1000 ml, Grad. 10,0 ml, Tolleranza ±5.00 ml	1pz
LLG04686210	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, Volume nominale 2000 ml, Grad. 20,0 ml, Tolleranza ±10.00 ml	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System