

**Cilindri di miscelazione, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A****LLG Labware**

Cilindri di miscelazione, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A. Forma alta. Conformità certificata con ID lotto.

- DIN EN ISO 4788.
- Con base esagonale e tappo in PE.
- Graduazione blu.



Code	Description	Packaging
LLG04686218	Cilindri di miscelazione, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, Volume nominale 10 ml, Grad. 0,2 ml, Tolleranza ± 0.10 ml, smerigliatura NS10/19	2 pz
LLG04686219	Cilindri di miscelazione, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, Volume nominale 25 ml, Grad. 0,5 ml, Tolleranza ± 0.25 ml, smerigliatura NS14/23	2 pz
LLG04686220	Cilindri di miscelazione, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, Volume nominale 50 ml, Grad. 1,0 ml, Tolleranza ± 0.50 ml, smerigliatura NS19/26	2 pz
LLG04686221	Cilindri di miscelazione, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, Volume nominale 100 ml, Grad. 1,0 ml, Tolleranza ± 0.50 ml, smerigliatura NS24/29	2 pz
LLG04686222	Cilindri di miscelazione, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, Volume nominale 250 ml, Grad. 2,0 ml, Tolleranza ± 1.00 ml, smerigliatura NS29/32	2 pz
LLG04686223	Cilindri di miscelazione, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, Volume nominale 500 ml, Grad. 5,0 ml, Tolleranza ± 2.50 ml, smerigliatura NS34/35	2 pz
LLG04686224	Cilindri di miscelazione, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, Volume nominale 1000 ml, Grad. 10,0 ml, Tolleranza ± 5.00 ml, smerigliatura NS45/40	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

