Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato LLG Labware

Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato. Conformità certificata con ID lotto.

- DIN EN ISO 1042.
- Con giunto rettificato standard e tappo in PE.
- Marchio e scritta ad anello bianco.

Code	Description	Packaging
LLG04686246	Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 5 ml, Tolleranza ±0.040 ml, smerigliatura NS10/19	2 pz
LLG04686247	Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 10 ml, Tolleranza ±0.040 ml, smerigliatura NS10/19	2 pz
LLG04686248	Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 20 ml, Tolleranza ±0.040 ml, smerigliatura NS10/19	2 pz
LLG04686249	Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 25 ml, Tolleranza ±0.040 ml, smerigliatura NS10/19	2 pz
LLG04686250	Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 50 ml, Tolleranza ±0.100 ml, smerigliatura NS14/23	2 pz
LLG04686251	Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 100 ml, Tolleranza ±0.100 ml, smerigliatura NS14/23	2 pz
LLG04686252	Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 200 ml, Tolleranza ±0.150 ml, smerigliatura NS14/23	2 pz
LLG04686253	Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 250 ml, Tolleranza ±0.150 ml, smerigliatura NS14/23	2 pz
LLG04686254	Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 500 ml, Tolleranza ±0.250 ml, smerigliatura NS19/26	2 pz
LLG04686255	Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 1000 ml, Tolleranza ±0.400 ml, smerigliatura NS24/29	1 pz
LLG04686256	Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, 2000 ml, Tolleranza ±0.600 ml, NS29/32, Standard DIN EN ISO 1042, tappo in PE	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System