
**OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC** **Macherey Nagel**

## OPTIMA® 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC
## 100% Dimetilpolisiloxano

fase non polare con bassissimo spurgo, ideale per trappola ioni e rilevatori quadripolari MS
sensibilità maggiorata grazie ad un ineguagliabile basso livello di fondo
inerzia perfetta per composti di base
possibile risciacquo solventi per rimozione di impurità
aree di applicazione: tutte le fasi per analisi ambientali, analisi di tracce, metodi EPA, pesticidi, PCB, analisi cibi e droghe
fasi similari: Ultra-1, DB-1 MS, HP-1 MS, Rtx-1 MS, Equityä 1, AT-1 MS, VF-1 MS, CP-Sil 5 CB MS
temperatura massima per operazioni isoterme: 340°C, temperatura massima per brevi isoterme in un programma di temperatura: 360°C




Ø int. 0.32 mm
Ø est. 0.5 mm
Spessore film 0,25 µm
Lungh. 30 m

| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| MNL72580125 | OPTIMA-1 MS-A, 0.20 mm ID, 0.20 µm Fd,25 Capillary column OPTIMA-1 MS Accent ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 25 m | 1 pz |
| MNL72580150 | OPTIMA-1 MS-A, 0.20 mm ID, 0.20 µm Fd,50 Capillary column OPTIMA-1 MS Accent ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 50 m | 1 pz |
| MNL72580230 | OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 30 m | 1 pz |
| MNL72580260 | OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 60 m | 1 pz |
| MNL72580515 | OPTIMA-1 MS-A, 0.25 mm ID, 0.25 µm Fd,15 Capillary column OPTIMA-1 MS Accent ID: 0.25 mm, film thickness: 0.25 µm length: 15 m | 1 pz |
| MNL72580530 | OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 30 m | 1 pz |
| MNL72580560 | OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 60 m | 1 pz |
| MNL72580630 | OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 30 m | 1 pz |
| MNL72580660 | OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 60 m | 1 pz |
| MNL72580730 | OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 30 m | 1 pz |
| MNL72580760 | OPTIMA 1 MS Accent colonna capillare a bassissimo spurgo per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 60 m | 1 pz |

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

*CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System*