



Indicatore biologico 3M™ Attest™, a lettura rapida, per la valutazione della sterilizzazione a vapore, tipo 1292-S

3M

Indicatore biologico rapido per la valutazione della sterilizzazione a vapore, tipo 1292-S, tappo marrone, monitora i processi di sterilizzazione a vapore a 250 °F/121 °C (a pressione atmosferica) e 270 °F/132 °C (con vuoto).
È conforme alle norme ISO 11138-1:2017 e ISO 11138-3:2017 e fornisce un risultato finale a fluorescenza in 3 ore.



Code	Description	Packaging
LLG06327209	Indicatore biologico 3M™ Attest™, a lettura rapida, per la valutazione della sterilizzazione a vapore, tipo 1292-S	600 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

