

**Microsiringa 701 N, 10 µl (26s/76 mm/punta 2)****Hamilton**

La precisione delle siringhe serie 700 è $\pm 1\%$ del volume totale, la ripetibilità entro $\pm 1\%$ del volume erogato. Per mantenere questo elevato livello di precisione,

Ogni siringa della serie 700 viene montata ed assemblata a mano per una migliore precisione delle tolleranze richieste, per questo motivo i pistoni e i corpi delle siringhe della serie 700 non sono intercambiabili. Usando le siringhe della serie 700, si consiglia di riempire sempre il corpo alla sua massima capacità, guardando tuttavia che il volume iniettato non superi l'80% del volume della siringa.

Evitare il riscaldamento della siringa al di sopra dei 50 °C.



Code	Description	Packaging
LLG07634788	Microsiringa 701 N, 10 µl (26s/76 mm/punta 2)	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

